平成 30 年 8 月

お客様各位

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
メディカル カンパニー
エチコン事業部

サージレックス エンシールシステムのコネクタ形状を変更

拝啓 時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、エンシール® G1 デバイス TRIO 及び Round のコネクタ形状を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。これにより、従来EESジェネレーターGEN11 に接続する際に必要となっておりました、エンシールアダプター（以下、EGA11）」を必要とせず、直接接続できるようになりました。一方で、、エンシール® G1 デバイス TRIO 及び Round はサージレックス エンシールシステムのジェネレータ（以下、RF60）への接続はできなくなりますこと、ご案内申し上げます。

変更箇所に関しましては、下記をご参照ください。ご不明な点等ございましたら弊社担当営業員までお問い合わせください。今後とも、引き続きエチコン製品をご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

対象製品番号	ETRIO314H, ETRIO325H, ETRIO335H, ETRIO345H （以下、TRIO ファミリー） NSEAL514RH, NSEAL525RH, NSEAL535RH, NSEAL545RH （以下、NSEAL ファミリー）

本品は、ジェネレーター GEN11（販売名：EESジェネレーター、承認番号：22500BZX00119000、製品番号：GEN11）専用デバイスです。

変更前	変更後
ジェネレータ側のコネクタ	
エンシール® G1 デバイス TRIO コネクタの色：灰色	（正面） （側面） コネクタの色：白色
エンシール® G1 デバイス Round コネクタの色：青色	
【併用医療機器】 ・RF60、GEN11（EGA11 を介して）	【併用医療機器】 ・GEN11

高度管理医療機器 販売名：サージレックス エンシールシステム 承認番号：21800BZY10087000
高度管理医療機器 販売名：EESジェネレーター 承認番号：22500BZX00119000
製造販売元：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 東京都千代田区西神田３丁目５番２号

以上